

Số: ~~687~~/BVĐK-TM

Liên Bảo, ngày 07 tháng 7 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các công ty, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Tiên Du có nhu cầu thu thập báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở lựa chọn đơn vị cung cấp tủ mát bảo quản thuốc và hóa chất cho Khoa Dược - Vật tư, thiết bị y tế cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Tên đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Tiên Du, thôn Hoài Trung, xã Liên Bảo, tỉnh Bắc Ninh.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Nguyễn Thị Huyền – Bộ phận văn thư - Phòng Tổ chức – Hành chính
 - Số điện thoại: 0965.321.919
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa Tiên Du, thôn Hoài Trung, xã Liên Bảo, tỉnh Bắc Ninh.
 - Nhận qua email: Ttyttiendu@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 07 tháng 7 năm 2026 đến trước 10h00 ngày 14 tháng 7 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không có giá trị.

Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 15 ngày kể từ ngày phát hành báo giá.

II. Nội dung yêu cầu của báo giá

- Danh mục, số lượng (Theo bảng phụ lục đính kèm).
- Địa điểm cung cấp, sử dụng: Bệnh viện đa khoa Tiên Du, thôn Hoài Trung, xã Liên Bảo, tỉnh Bắc Ninh.
- Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 10 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổng TTĐT Bệnh viện;
- Lưu VT; TCHC.


GIÁM ĐỐC

Lê Việt An



PHỤ LỤC

(Kèm theo thư mời báo giá số 687 /BVĐK-TM ngày 07/7/2026)

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Tủ mát bảo quản	- Dung tích sử dụng: ≥ 500 lít - Công suất định danh: 180W – Điện năng tiêu thụ: 4.32KWh/ngày. - Nhiệt độ: Có thể điều chỉnh từ 0°C- 10°C - Chất liệu dàn lạnh: Dàn đồng. - Chất liệu bên ngoài: Thân tủ làm bằng Tôn sơn tĩnh điện. Cửa tủ: 2 cánh cửa kính trong suốt cách nhiệt Low-E. - Viền cửa tủ: Nhựa – Khóa cửa tủ - Lỗ thoát nước - Di chuyển bằng bánh xe. - Đèn LED - Núm điều chỉnh nhiệt độ bên ngoài tủ. - Loại Gas: R290 - Độ ồn: 32-42dB - Bảo hành: ≥ 24 tháng	Chiếc	02